

PM-700



Points clés

- Calcul automatique de la distance pupillaire par reflets cornéens, de 30 cm à l'infini, en une mesure.
- Fenêtre de prise de mesure avec revêtement très durable «Geolass» pour une bonne résistance à l'abrasion et aux tâches.
- Ergonomique pour une bonne prise en main avec un affichage numérique.
- Longue autonomie, trois fois supérieure au modèle précédent (PM-600) avec pile rechargeable, faible consommation d'énergie par source LED et fonction d'arrêt automatique.



Caractéristiques techniques PM-700*

Méthode de mesure	Ajustement au type de réflexion cornéenne
Plage de mesure	47 à 83 mm (23.5 à 41.5 mm par œil)
Plage de réglage des distances	30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm, 65 cm, 100 cm, 200 cm, et ∞
Distance d'observation	1 m
Unités du réticule	Pas de 0.25 / 0.5 mm
Unités d'affichage	Pas de 0.1 / 0.5 mm
Source de lumière pour la mire de fixation	LED, point de fixation vert
Méthode d'affichage	LCD
Fonction d'occlusion monoculaire	Le bouton R/L permet la sélection de l'occlusion de l'œil droit, de l'œil gauche ou les deux yeux ouverts. Un obturateur à cristaux liquides est utilisé
Fonction d'arrêt automatique	La mire de fixation s'éteint automatiquement après 15 secondes d'inactivité. Après que la mire de fixation se soit éteinte et 3 minutes de veille, le courant se coupe
Source d'alimentation	2 piles alcalines AA (LR6)
Dimensions	147 (L) x 235 (P) x 60 (H) mm (sans l'appui front) / 560 g (sans les piles)
Accessoires standards	Piles alcalines AA (x 2), dragonne, tampon d'appui nasal de rechange

*Les caractéristiques techniques et le design des appareils sont susceptibles d'être modifiés pour être améliorés.

Indications : dispositif médical de Classe I / CE. Le PM-700 est destiné à mesurer l'écart pupillaire pour porter des verres de lunettes appropriés.

Informations de bon usage : dispositif médical destiné aux professionnels de santé. Les précautions de sécurité et les procédures d'utilisation doivent être parfaitement assimilées avant l'utilisation de ce dispositif. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans le manuel d'utilisation.

Matériel fabriqué par NIDEK CO.,LTD. Date de dernière mise à jour : Juillet 2015.



NIDEK SA
Siège social
Ecoparc
9, rue Benjamin Franklin
94370 Sucy-en-Brie - France
Tél. : +33 (0)1 49 80 97 97
Fax : +33 (0)1 49 80 32 08
Web : www.nidek.fr